

(別添1参考)

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成30年3月5日保医発0305第10号)の一部改正について  
(傍線の部分は改正部分)

改正後	改正前
<p>I 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号) (以下「算定方法告示」という。)別表第一医科診療報酬点数表に関する事項</p> <p>1・2 (略)</p> <p>3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い</p> <p>001~196 (略)</p> <p>182 経カテーテル人工生体弁セット 自己大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する症候性の<u>重度大動脈弁狭窄又は外科的に留置した大動脈生体弁の機能不全による症候性の弁膜症</u>を有し、かつ、外科的手術を施行することができず、本品による治療が当該患者にとって最善であると判断された患者に使用する場合に限り算定できる。</p> <p>183~190 (略)</p> <p>191 <u>末梢血管用ステントグラフト</u></p> <p>(1) <u>末梢血管用ステントグラフトは、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。</u></p> <p>(2) <u>末梢血管用ステントグラフトの使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。</u></p> <p>(3) <u>末梢血管用ステントグラフトを血管開存治療に使用した場合は、1回の手術につき、標準型については2本を上限として、長病変対応型については1本を上限として算定できる。</u></p>	<p>I 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号) (以下「算定方法告示」という。)別表第一医科診療報酬点数表に関する事項</p> <p>1・2 (略)</p> <p>3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い</p> <p>001~181 (略)</p> <p>182 経カテーテル人工生体弁セット 自己大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する症候性の<u>重度大動脈弁狭窄</u>を有し、かつ、外科的手術を施行することができず、本品による治療が当該患者にとって最善であると判断された患者に使用する場合に限り算定できる。</p> <p>183~190 (略)</p> <p>191 <u>末梢血管用ステントグラフト</u></p> <p>(1) <u>末梢血管用ステントグラフトは、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。</u></p> <p>(2) <u>末梢血管用ステントグラフトの使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。</u></p> <p>(3) <u>末梢血管用ステントグラフトを血管開存治療に使用した場合は、1回の手術につき、標準型については2本を上限として、長病変対応型については1本を上限として算定できる。</u></p>

また、TASC II C/D病変の、大動脈分岐部病変に対してキッシン  
グステント法が適用される場合にあっては、1回の手術につ  
き、標準型については4本を上限とする。

(4) 浅大腿動脈のTASC II D病変に対して標準型を2本のみ使用し  
て治療を行った場合は、長病変対応型1本を使用して治療を  
行った場合に準じるものとし、長病変対応型1本を算定する  
こととする。

(5) 腸骨動脈のTASC II A/B病変の、高度石灰化病変または閉塞性  
病変に使用した場合に当たっては詳細な画像所見を診療報酬  
明細書の摘要欄に記載もしくは症状詳記に添付すること。

192～200 (略)

4～6 (略)

II～IV (略)

(4) TASC II D病変に対して標準型を2本のみ使用して治療を行っ  
た場合は、長病変対応型1本を使用して治療を行った場合に  
準じるものとし、長病変対応型1本を算定することとする。

192～200 (略)

4～6 (略)

II～IV (略)

(別添2参考)

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成30年3月5日保医発0305第12号)の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

改正後					改正前						
(別表1) I 医科点数表関係 医学管理等～麻酔 (略) 放射線治療					(別表1) I 医科点数表関係 医学管理等～麻酔 (略) 放射線治療						
特定診療報酬算定医療機器の区分	定義			対応する診療報酬項目		特定診療報酬算定医療機器の区分	定義			対応する診療報酬項目	
	薬事承認上の位置付け	その他の条件		(略)	(略)		薬事承認上の位置付け	その他の条件		(略)	(略)
(略)	類別	一般的名称	(略)			(略)	(略)	(略)	類別		
治療用粒子加速装置(II)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
治療用定位コバルト60密封線源装置	機械器具 <u>(10) 放射性物質診療器具</u>	<u>定位放射線治療用放射性核種システム</u>	<u>コバルト60密封線源から発するγ線を用いて放射線治療を行うことが可能であり、かつ照射中心の固定精度が2mm以内であるもの</u>	M 001	<u>体外照射3強度変調放射線治療(IMRT)</u>	治療用定位コバルト60密封線源装置	(新設)				
	機械器具 (10) 放射性物質診療器具	遠隔照射式治療用放射性核種システム	コバルト60密封線源を用いて定位放射線治療を行うことが可能であり、	M 001-2	ガンマナイフによる定位放射線治療	機械器具 (10) 放射性物質診療器具	遠隔照射式治療用放射性核種システム	コバルト60密封線源を用いて定位放射線治療を行うことが可能であり、	M 001-2	ガンマナイフによる定位放射線治療	

	具	定位放射線 治療用放射 性核種シス テム	かつ焦点の精度が 0.5mm 以内であ るもの				具	定位放射線 治療用放射 性核種シス テム	かつ焦点の精度が 0.5mm 以内であ るもの		
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
II 歯科点数表関係 (略)						II 歯科点数表関係 (略)					

(別添3参考)

「特定保険医療材料の定義について」(平成30年3月5日保医発0305第13号)の一部改正について

(傍線の部分は改正部分)

改正後	改正前
<p>(別表)</p> <p>I (略)</p> <p>II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格</p> <p>001~181 (略)</p> <p>182 経カテーテル人工生体弁セット</p> <p>(1) 定義</p> <p>次のいずれにも該当すること。</p> <p>① (略)</p> <p>② <u>狭窄した自己心臓弁又は機能不全に陥った外科的に留置した大動脈生体弁</u>に対し、経皮的又は経心尖的に人工弁を留置することを目的とした人工生体弁セットであること。</p> <p>(2)~(3) (略)</p> <p>183~190 (略)</p> <p>191 末梢血管用ステントグラフト</p> <p>(1) 定義</p> <p>次のいずれにも該当すること。</p> <p>① (略)</p> <p>② 次のいずれかに該当すること。</p> <p>ア~イ (略)</p> <p>ウ <u>腸骨動脈に新規又は再狭窄病変がある症候性末梢動脈疾患</u>に対し、<u>血管内腔の確保を目的に経血管的に挿入され、体内</u></p>	<p>(別表)</p> <p>I (略)</p> <p>II 医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格</p> <p>001~181 (略)</p> <p>182 経カテーテル人工生体弁セット</p> <p>(1) 定義</p> <p>次のいずれにも該当すること。</p> <p>① (略)</p> <p>② 狭窄した心臓弁に対し、経皮的又は経心尖的に人工弁を留置することを目的とした人工生体弁セットであること。</p> <p>(2)~(3) (略)</p> <p>183~190 (略)</p> <p>191 末梢血管用ステントグラフト</p> <p>(1) 定義</p> <p>次のいずれにも該当すること。</p> <p>① (略)</p> <p>② 次のいずれかに該当すること。</p> <p>ア~イ (略)</p> <p>(新設)</p>

に留置するものであること。

(2)～(3) (略)

192～200 (略)

III～VIII (略)

(2)～(3) (略)

192～200 (略)

III～VIII (略)